

### (3) 정기 검사의 시기

RI 등을 인체에 사용	인체의 치료 및 검진 목적으로 사용			1년	
	이외의 경우	연간 사용량	• 3.7 GBq 이상	3년	
			• 3.7 GBq 미만	5년	
RI 등을 인체에 사용 아 지 않은 사업소 (공장)	비밀봉 RI	연간 사용량	• 3.7 GBq 이상	3년	
			• 3.7 GBq 미만	5년	
	밀봉 RI	연간 사용량	• 111 TBq 이상	3년	
			• 111 TBq 미만	5년	
	RG	• 1 GeV 이상			1년
		• 1 GeV 이상, 1 MeV 미만			3년
최대 사용 전압		• 350 kV 이상	용량	• 350 kV, 5mA1 대 이상	
		• 350 kV 미만		• 250 kV, 5mA2 대 이상	
• (3), (4)에서 정한 전압·용량·수량에 해당되지 않는 경우			5년		
RI 등의 판매 여가자	비밀봉 RI	연간 사용량	• 37 TBq 이상	1년	
			• 37 TBq 미만	3년	
	밀봉 RI	연간 사용량	• 370 TBq 이상	1년	
			• 370 TBq 미만	3년	
	RG				3년
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RI 등의 이동사용을 전문으로 하는 사업소</li> <li>• RI 등의 생산여가를 받은 자</li> <li>• 업무대행자</li> </ul>				1년	

## 원자력 관계법령 정오표

최근 수정일 : 2019. 12. 19.

위치	수정 전				수정 후				수정일	비고
88P	일본 RI	연간 사용량	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 GBq 이상</li> </ul>	3년	일본 RI	연간 사용량	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 TBq 이상</li> <li>• 111 TBq 미만</li> </ul>	3년 5년	2019.12.19	단위변경